



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.02.000.М.000165.03.17 от 01.03.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению для медицинской рентгенодиагностики. ГБУ «Управление ветеринарии города Краснодара». 350910, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Карасунская, д. 110.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ГБУ «Управление ветеринарии города Краснодара». 350910, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Карасунская, д. 110.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): Экспертное заключение от 03.02.2017 № 946/03-1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по результатам экспертизы материалов.



6.6.10393 01.03.2017

Заключение действительно до 01.03.2022 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2687683





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№23.КК.02.000.М.000165.03.17 от 01.03.2017 г.

Марка аппарата – 1. Orange-1060HF

Тип аппарата – 1 Диагностический.

Место расположения кабинетов: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Карасунская, д. 10, на первом этаже двухэтажного нежилого здания, помещение № 30.

Заводской номер - 1. № 541016.

Год выпуска – 1. 2016 г.

Год ввода в эксплуатацию – 1. 2017 г.

Характеристика ИИИ:

Номинальное напряжение (кВ) – 1. 100.

Номинальная сила тока (mA) – 1. 60.

Вид работ – 1. Стационарная рентгенография.

Ограничительные условия: Строгое соблюдение требований ОСПОРБ-99/2010, НРБ-99/2009, СанПиН 1192-03.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

